

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

Краљице Ане бб

БЕОГРАД

Број: 15-33200
13-11-2017

Београд, Краљице Ане бб

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку сачињава:

**Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку - опрема
за лабораторију по партијама, редни број 32-1.1.5 партија 6
Лабораторијски зглобни аспиратор**

на писан захтев заинтересованог лица, упућеног путем електронске поште 09.11.2017. године, заведеног код Наручиоца 10.11.2017. године:

1. Питање: У вези ЈН 32-1.1.5 за партију 6 Лабораторијски зглобни аспиратор:

- Који је начин монтаже који вам је потребан: на зид, на плафон, на радни сто?

Одговор: Монтажа није потребна. Потребно је понудити мобилни систем за вентилацију.

2. Питање: У вези ЈН 32-1.1.5 за партију 6 Лабораторијски зглобни аспиратор:

- Уколико се качи на плафон молим да нам дате висину просторије у којој је потребна уградња.

Одговор: Уградња није потребна. Потребно је понудити мобилни систем за вентилацију.

3. Питање: У вези ЈН 32-1.1.5 за партију 6 Лабораторијски зглобни аспиратор

- Да ли је потребно да на улазу аспиратора стоји хауба и ако треба молим да назначите каква?

Одговор: Да потребно је да стоји хауба. У складу са измењеном спецификацијом.

4. Питање: У вези ЈН 32-1.1.5 за партију 6 Лабораторијски зглобни аспиратор:

- Молим да назначите који тип филтера је потребан, односно која ће испарења бити екстракована?

Одговор: Потребно је испоручити префилтер, НЕРА филтер и филтер од активног угља. У складу са измењеном спецификацијом.

5. Питање: У вези ЈН 32-1.1.5 за партију 6 Лабораторијски зглобни аспиратор:

- Да ли можете продужити рок испоруке за ову партију на 45 дана?

Одговор: Рок испоруке је изменом конкурсне документације наручиоца продужен на максимум 60 дана.

Члан Комисије за јавну набавку

Соња Бановић Стевић

