

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

Краљице Ане бб

БЕОГРАД

Број: 15-33201

13-11-2017

Београд, Краљице Ане бб

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку сачињава:

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку - опрема за лабораторију по партијама, редни број 32-1.1.5 партија 2 Комбиновани лабораторијски фрижидер

на писан захтев заинтересованог лица, упућеног путем електронске поште 10.11.2017. године, заведеног код Наручиоца 10.11.2017. године:

Питање: У вези ЈН 32-1.1.5 за партију 2 Комбиновани лабораторијски фрижидер:

У захтеву је наведено да опсег температуре за замрзивач је од -10°C до -30°C или шири опсег.

Ми смо у могућности да понудимо Комибиновани фрижидер са следећим опсегом.

За сегмент фрижидера опсег је од -0°C до $+15^{\circ}\text{C}$

За сегмент замрзивача опсег је од -5°C до -25°C

Нисмо једини који нуде овакву варијанту, јер већина произвођача комбинованог фрижидера има исте опсеге.

Зато питамо да ли је за наручиоца прихватљив Комбиновани фрижидер који испуњава све друге техничке карактеристике, осим што је интервал одржавања температуре у тражених за замрзивач у задовољавајућих $\pm 20^{\circ}\text{C}$ подручја, али се опсег не поклапа у потпуности (за 5°C је „измештен“ опсег).

Одговор: Није прихватљив опсег од -5°C до -25°C . Потребно је понудити уређај са траженим опсегом температуре -10°C до -30°C или ширим.

Члан Комисије за јавну набавку

Јасмина Станковић Ђирић

