

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

Краљице Ане бб

БЕОГРАД

Број: 15-33227

13-11-2017

Београд, Краљице Ане бб

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку сачињава:

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку - Опрема ситан инвентар и потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту по партијама, редни број 39-1.1.12 партија

на писан захтев заинтересованог лица, упућеног путем електронске поште 10.11.2017. године, заведеног код Наручиоца 10.11.2017. године:

Питање: У вези ЈН 39-1.1.12 за партију 1. - ЕКГ апарат:

Да ли је за наручиоца прихватљив ЕКГ апарат са позадинским осветљењем ЛЦД екраном од 5" са приказом 12 одвода у групама од по три.. -интегрисаним термичким штампачем са записом ЕКГ трага на папиру већим од 63 мм.

Одговор: За Наручиоца је прихватљив ЕКГ апарат са позадинским осветљењем на ЛЦД екрану од мин. 4,8" који има **истовремено приказ** 12 одвода и интегрисан термички штампач са записом на папиру од 63мм како је захтевано у конкурсној документацији.

Питање: У вези ЈН 39-1.1.12 за партију 6. - Потрошни материјал за физикалну терапију

Који број комада подразумевамо под сетом за следеће ставке?

1. Лепљиве електроде(5*5цм) А40
2. Плочасте електроде (6*8цм) А2
3. Плочасте електроде (8*12цм) А2
4. Сунђерасте навлаке (6*8цм) А4

Одговор: Под сетом се подразумева за ставку

1. Лепљиве електроде(5*5цм) А40 - 40ком
2. Плочасте електроде (6*8цм) А2 - 2ком
3. Плочасте електроде (8*12цм) А2 - 2 ком
4. Сунђерасте навлаке (6*8цм) А4 - 4 комада.

Члан Комисије за јавну набавку

Др Сузана Марјановић

