

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

Краљице Ане бб

БЕОГРАД

Број:

15-22575

14-08-2019

Београд, Краљице Ане бб

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку сачињава:

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку - опрема за лабораторију по партијама, редни број 52-1.1.21

на писан захтев заинтересованог лица, упућеног путем електронске поште 14.08.2019. године, заведеног код Наручиоца 14.08.2019. године:

Питање : За партију 6: Турбидиметар, Да ли је прихватљиво понудити турбидиметар са техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим у тендерској документацији са сетом од 3 турбидиметријска стандарда који фабрички долазе у коферу са уређајем?

Одговор: Није прихватљиво понудити турбидиметар са сетом од 3 турбидиметријска стандарда. Потребно је понудити уређај са минимум 4 турбидиметријска калибрациона стандарда.

Члан Комисије за јавну набавку
Соња Бановић-Стевић

